



Federalny Instytut Fizyczno-Techniczny  
Narodowy Instytut Metrologii

**KBS**

Jednostka Oceny Zgodności



## CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

*Tłumaczenie na język polski - wersja nieurzędowa*

Wydano dla: BRUNIMAT GmbH  
Sonntental 11  
9313 Muolen, SZWAJCARIA

Zgodnie z: Załącznikiem II, modulem B dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania przyrządów pomiarowych na rynku.

Rodzaj przyrządu: Samoobsługowy system pomiarowy do mleka

Oznaczenie typu: Seria Premium: 650 (Duo), 1300 (Duo/Quattro), Mini, Bi-fluid 650/1300

Nr certyfikatu: DE-20-MI005-PTB017

Ważny do: 03.12.2030

Liczba stron: 18

Znak sprawy: PTB-1.5-4101943

Jednostka notyfikowana: 0102

Certyfikacja:  
Braunschweig, 04.12.2020  
Z upoważnienia PTB

Pieczęć

Ocena:  
Z upoważnienia PTB

  
Dr. Corinna Kroner





Dr Michael Rinker



Federalny Instytut Fizyczno-Techniczny  
Narodowy Instytut Metrologii

**KBS**

Jednostka Oceny Zgodności

Strona 2 certyfikatu badania typu UE DE-20-MI005-PTB017

z dnia 04.12.2020

## Historia certyfikatu

| Wydanie certyfikatu | Data       | Zmiany           |
|---------------------|------------|------------------|
| DE-20-MI005-PTB017  | 04.12.2020 | Pierwsze wydanie |

## Wyniki badania

W odniesieniu do urządzeń wymienionych w niniejszym certyfikacie obowiązują następujące zasadnicze wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania przyrządów pomiarowych na rynku (Dz.U. L 96, s. 149), w aktualnie obowiązującym brzmieniu:

- Załącznik I: „Zasadnicze wymagania”
- Załącznik VII (MI-005): „Układy pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda”

w związku z § 6 niemieckiej ustawy o pomiarach i legalizacji oraz § 8 niemieckiego rozporządzenia w sprawie pomiarów i legalizacji, w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

Opisany poniżej projekt techniczny przyrządu pomiarowego spełnia wyżej wymienione zasadnicze wymagania. Niniejszy certyfikat uprawnia do oznaczania urządzeń wyprodukowanych zgodnie z niniejszym certyfikatem numerem tego certyfikatu.

Urządzenia muszą spełniać następujące wymagania: